

ZAVADĚČ RETRAKČNÍCH VLÁKEN



Nástroj na zavádění retrakčních vláken do dásňového žlábků

PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE NÍŽE UVEDENÝ NÁVOD
VÝROBEK JE URČEN POUZE K POUŽITÍ ZUBNÍM LÉKAŘEM
NESTERILNÍ VÝROBEK - STERILIZUJTE BEZPROSTŘEDNĚ PŘED POUŽITÍM

ZACHÁZENÍ S NÁSTROJI VYROBENÝMI Z KOROZIVZDORNÉ OCELI

V průběhu výroby byly aplikovány postupy, jejichž cílem je zajištění korozivzdornosti, avšak odolnost nástrojů závisí také na jejich správném používání a údržbě.

Čištění, oplachování a mytí

Nářadí se dodávají v nesterilním stavu. Nové, dosud nepoužité nástroje před první sterilizací po vyjmutí z obalu důkladně umyjte v teplé vodě s přísadou detergentu. Před každým použitím u dalšího pacienta musí být nástroje sterilizovány.

Sterilizace

Všechny nástroje (určené k opakovanému použití) musí být před sterilizací dezinfikovány, umyty za účelem odstranění dezinfekčního prostředku a osušeny. Jako nejúčinnější a neefektivnější způsob mytí se zvláště doporučuje mytí v ultrazvukové čističce.

Doporučované metody sterilizace:

Metoda	Doporučená teplota a čas
Parní autokláv	121 °C, 20 minut
Suchý vzduch	160 °C, 60 až 120 minut
Chemická pára	132 °C, 20 minut

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte pokyny pro čištění a sterilizace nástrojů.

SKLADOVÁNÍ

Nástroje skladujte při teplotě 5 až 30 °C a relativní vlhkosti nižší než 70 %.

Před každým použitím nástroje zkontrolujte, zda neobsahuje nečistoty nebo není porušena struktura materiálu (praskliny, ohyby, zlomy, odloupenutí).

Při nedodržení výše uvedených pokynů se výrazně snižuje odolnost nástroje a zkracuje se jeho životnost.



PROSTUDUJTE SI NÁVOD K POUŽITÍ



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 00 48 15 842 35 85

Datum poslední aktualizace: 30.08.2017/1